



Till kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 1 till yttrande över Vaggerydsförslag om att installera en hjärtstartare vid Hjortsjöbadet (KFN 2026/059)


Det finns en hjärtstartare på Fenix som inte är tillgänglig dygnet runt då den är placerad på insidan av Fenix 2. Denna skulle med fördel kunna placeras utomhus för att vara tillgänglig dygnet runt.

Ytterligare hjärtstartare i närområdet finns hos Happy Home och Eventgrossisten, men dessa är inte heller tillgängliga dygnet runt.

Det finns inga invändningar mot inköp av en hjärtstartare med tillhörande skåp för placering på utsidan av servicehuset. Skåpet behöver vara försett med värmeslinga för att säkerställa funktion året runt.

Det behöver dock utredas vem som ansvarar för den löpande tillsynen av hjärtstartaren, inklusive kontroll av batterier och elektroder, samt vem som ska bära de tillhörande kostnaderna.

Det behöver även klargöras om hjärtstartaren ska vara placerad på platsen året runt eller endast under badsäsongen.





Handläggare

Kent-Åke Svensson sim- och sporthallschef

Bilagor

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-09-18

Kultur- och fritidsnämndens yttrande vaggerydsförslag 2026-08-13

Bilaga 1, till kultur-och fritidsnämndens yttrande över Vaggerydsförslag
2026-08-13

Bilaga 2, till kultur-och fritidsnämndens yttrande över Vaggerydsförslag
2026-08-13